

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

- Dyrektor WSSE w Poznaniu

- e-mail WSSE w Poznaniu

- komórka organizacyjna

- e-mail

61 854-48-00

61 852-99-18

sekretariat@wssepoznan.pl

Sekcja ds. zamówień publicznych

zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

www.wsse-poznan.pl

EA-ZP.272.7.2019

Poznań, 26.11.2019 r.

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
www.wsse-poznan.pl
zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

**Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali
SIWZ na dostawę szkła laboratoryjnego
na rok 2020**

Pytanie 1 – dot. zał. 2.1, pozycja 58 probówki PS 17 x 130 poj. 16,5 op. 250 szt.

Czy Zamawiający dopuści probówki PS rozmiar 16x120 lub 16x150 lub 16x125

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści probówki PS rozmiar 16x125 pod warunkiem, że będą do nich pasować korki z pozycji 34.

Pytanie 2 – dot. zał. 2.1, pozycja 84 Probówka z gwintem i nakretką szkło borokrzemowe, możliwość autoklawowania, do celów mikrobiologicznych, pojemność ok. 20ml, wymiary 16x150, nakretka plastikowa, opakowanie 100 sztuk

Czy Zamawiający dopuści probówki w rozmiarze 16x160 pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3 – dot. zał. 2.1, pozycja 184 probówki polipropylenowe do autosamplera 17 mm x 130 mm, 1000/pk

Czy Zamawiający dopuści probówki polipropylenowe do autosamplera 16x125 mm?

Odpowiedź:

Tak.

WZSTĘPCA DYREKTORA
DZIAŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
mgr Jacek Szopka

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE