



**Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka Im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.11.03.00-00-0125/22 „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa procedury zawierania umów.
<b>Termin kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 14 sierpnia 2023 r. Data zakończenia kontroli: 6 września 2023 r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych: przebudowa i modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego i/lub rozbudowa systemu poczty pneumatycznej i/lub system zarządzania lekami i wyrobami medycznymi nr ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP 00156093/01 z dnia 29.03. 2023 r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Stwierdzone uchybienia:</p> <p>a) Zamawiający dokonał następujących zmian ogłoszenia o zamówieniu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ogłoszenie nr 2023/BZP 00162800/01 z dnia 2023-04-04 – zmiana w zakresie warunków udziału w postępowaniu.</li><li>• Ogłoszenie nr 2023/BZP 00178838/01 z dnia 2023-04-17 – zmiana terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą.</li></ul> <p>Zamawiający dokonując zmiany warunków udziału w postępowaniu nie przedłużył terminu składania ofert, co jest niezgodne z art. 286 ust. 3 Pzp (ogłoszenie z dnia 04.04.2023 r.). Zmiana terminu nastąpiła dopiero wraz z kolejną zmianą ogłoszenia (ogłoszenie z dnia 17.04.2023 r.). Ostatecznie termin składania ofert został przedłużony i w opinii Kontrolującego wykonawcy mieli odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Kontrolujący uznaje powyższe za uchybienie formalne nie skutkujące korektą finansową.</p> <p>b) Zamawiający nie określił kryteriów w celu oceny równoważności w przypadkach, gdy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą znaków towarowych. Świadczy to o niezgodności z art. 99 ust. 6 Pzp. Samo wskazanie przez Zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie przedmiotu wraz z dodaniem wyrazów „lub równoważne” jest niewystarczające. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 6 ustawy Pzp).</p> <p>Pakiet 1 - PFU:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kompletna wersja zapisana w formatach edytowalnych przez program typu NORMA PRO lub równoważny</li><li>• typ ZUMTOBEL lub równoważne</li><li>• typ DORMA lub równoważne</li><li>• Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System operacyjny Windows 10/11 Pro lub równoważny.</li> </ul> <p>Kontrolujący uznaje powyższe za uchybienie formalne nie skutkujące korektą finansową.</p> <p>c) Zamawiający wskazał w SWZ: „W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający każdorazowo dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, czemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy w odpowiednich miejscach dodanie wyrazów „lub równoważne”. Odnosząc się do norm w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuścił jednocześnie rozwiązania równoważne, jednak nie we wszystkich przypadkach. Poniżej przykłady braku dopuszczenia rozwiązań równoważnych w opisie przedmiotu zamówienia:</p> <p>Pakiet 1 - PFU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał zastosowany w budowie drzwi musi wykazywać także działanie wirusobójcze w czasie 24 h zgodnie z normą ISO 21702:2019.</li> <li>• Zastosowane materiały muszą wykazywać następujące działanie biobójcze w czasie 24 h zgodnie z normą PN EN ISO 22196:2011.</li> <li>• kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321.</li> <li>• Sufitowa jednostka medyczna - nad łóżkowy most medyczny dla 2 stanowisk - Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: EN ISO 13485:2016 ; EN ISO 11197:09; EN 60601- 1:94; EN ISO 14971; EN 60601-1 ed.2:2007+A1:2014; EN 60601-1-2 ed.3:2016. Osłony boczne wyposażone standardowo w otwory odpowietrzające zgodnie z normą EN ISO 11197:2019 pkt 201.11.2.2.101. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi zgodnie z normą EN ISO 11197:2019 pkt 201.8.10.7. Podłączenie do elektrycznej sieci zasilającej oznaczone wewnątrz jednostki zgodnie z EN ISO 11197:2019 pkt 201.7.2.6. Medyczna jednostka zasilająca wyposażona w instalację gazów medycznych wykonaną tylko i wyłącznie zgodnie z normą EN 13348:2016 (...).</li> <li>• Wymagane jest potwierdzenie badań na zgodność z EN 60601-1-2 wykonanych przez zewnętrzną Jednostkę Akredytowaną. Instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych i oznaczonych zgodnie z normą EN ISO 13348 pkt 10.1.</li> <li>• Podstawa punktu poboru jest połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego złącza co umożliwia użytkownikowi w razie potrzeby kompletną wymianę punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 „Systemy rurociągowo do gazów medycznych”.</li> <li>• Akcesoria wyposażenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3.</li> </ul> <p>Zaleca się, aby zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp każdemu odniesieniu do norm towarzyszyło sformułowanie „lub równoważny”. Powyższe stanowi o uchybieniu formalnym nie skutkującym naliczeniem korekty finansowej.</p>
--	---

Hubert Milanowicz  
Naczelnik  
/dokument podpisany elektronicznie/

telefon: +48 22 250 01 46  
adres email: [kancelaria@mz.gov.pl](mailto:kancelaria@mz.gov.pl)  
[www.gov.pl/zdrowie](http://www.gov.pl/zdrowie)

ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa

