

Nr sprawy: EA-ZP.272.11.2020

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu  
61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23  
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
www.wsse-poznan.pl  
zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## ZAMAWIAJACY:

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-  
EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU  
ul. Noskowskiego 23  
61-705 Poznań

NIP: 778-11-71-963  
REGON: 000294065  
tel. 61 8544890

<https://bip.wsse-poznan.pl/>  
<https://wsse-poznan.pl/>  
[zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl](mailto:zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl)

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** Dostawa analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium  
Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

## **CPV:**

38433210-4	Spektrometry emisyjne
------------	-----------------------

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia **nie przekracza** równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

## **1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora rtęci z wyposażeniem i oprogramowaniem do oznaczania rtęci w wodzie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku do SIWZ nr 2.

## **2. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE/OFERTA WARIANTOWA/ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE/PRAWO OPCJI**

- 2.1. Zamawiający **dopuszcza/nie dopuszcza** możliwość złożenia oferty częściowej.

ll

- 2.2. Zamawiający **dopuszcza/nie dopuszcza** możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 2.3. Zamawiający **dopuszcza/nie dopuszcza** możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
- 2.4. Zamawiający **dopuszcza/nie dopuszcza** zawarcia umowy ramowej.
- 2.5. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
- 2.6. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** zastosowania aukcji elektronicznej.
- 2.7. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** zorganizowania wizji lokalnej.
- 2.8. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.
  - 1) możliwość zmian kar umownych;  
Zamawiający **dopuszcza** możliwość zmiany wysokości kar umownych, na **uzasadniony wniosek wykonawcy**.
  - 2) zmiana stawki VAT;  
Zamawiający **dopuszcza** możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, **w razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT**.
  - 3) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty zadania)

### 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: nie później niż do **18 grudnia 2020**.

### 4. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

4.1 Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

4.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

Zamawiający **wyznacza/nie wyznacza** szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Zamawiający **wyznacza/nie wyznacza** szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) **zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający **wyznacza/nie wyznacza** szczegółowe warunki w tym zakresie.

4.3 Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

- d) **W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**
- e) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- f) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu **składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.**
- g) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia określonych w pkt. 4.5.2 SIWZ W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW NA KTÓRYCH ZASOBACH POLEGA w zakresie w jakim zasoby są udostępniane.

4.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu **Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

**4.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających:**

4.5.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu: brak

4.5.2. brak podstaw wykluczenia:

- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

M

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- 4.6 **Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 13.4 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu w oryginale informacje stanowiącą załącznik nr 3C do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wraz z informacją Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

### **5.1. Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:**

- a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
- b) Formularz „Zestawienie parametrów granicznych” stanowiący załącznik nr 2;
- c) Katalogi, karty techniczne, inne dokumenty na potwierdzenie informacji zawartych w „Zestawieniu parametrów granicznych”,
- d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ;
- e) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 3A do SIWZ.

- 5.2. „Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz „Oświadczenia” winny być sporządzone przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ i winny być podpisane przez upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach wskazanych we wzorach (pieczętka imienna oraz podpis lub pieczętka firmowa i czytelny podpis) oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- 5.3. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do SIWZ, winny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego.

- 5.4. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y) upoważnioną(e) (pieczętka imienna oraz podpis lub pieczętka firmowa i czytelny podpis). Kserokopię dopuszcza się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego notarialnie. Złożenie kopii pełnomocnictwa notarialnego poświadczonego samodzielnie przez pełnomocnika nie jest wystarczające i skutkuje wezwaniem do uzupełnienia.

- 5.5. Kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę.

- 5.6. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty winny być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, bądź nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferta musi być sporządzona w sposób zapobiegający możliwości zmiany jej zawartości.

- 5.7. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:

- a) posiadać oznaczenie:

**„Dostawa analizatora rtęci  
EA-ZP.272.11.2020**

**Nie otwierać przed dniem 26 października 2020 r. godz. 09:15”**

- b) opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub słownie nazwą firmy i adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
- c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- 5.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, oraz złoży zamienną ofertę oznaczoną jak w pkt 5.7 SIWZ oraz dodatkowo podpisaną „zmiana” lub „wycofanie”.
- 5.9. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
- 5.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

## 6. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prowadzonego w celu zawarcia umowy (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

**Spółka cywilna** dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.

**Konsorcjum** dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.

6.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców o których mowa w pkt. 6.1. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w pkt. 6.1 została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

## 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

## 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 8.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na **3 dni** przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż **60 dni**.

- 8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 8.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w **pkt 8.2 i 8.3 SIWZ**, powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.

#### **9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIENI DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż **na 2 dni przed upływem terminu składania ofert**.
- 9.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż **do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert**, określonego w **pkt 11.2 SIWZ**.
- 9.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w **pkt 9.2 SIWZ**, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 9.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w **pkt 9.2 SIWZ**.
- 9.5. **Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.**
- 9.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji udostępni na swojej stronie internetowej.
- 9.7. **Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej Zamawiającego na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu.**
- 9.8. **W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.**

#### **10. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

- 10.1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
- 1) pisemnie na adres Zamawiającego;
  - 2) drogą elektroniczną: [zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl](mailto:zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl)
    - a) **zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia treści złożonych ofert, wezwania oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione powyżej.**
- 10.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa wyżej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 10.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane drogą elektroniczną, w związku z tym, umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta **w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.**

## **11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY**

**11.1. Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt. 5.7 należy:**

- a) **przesłać** na adres Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań **z oznaczeniami określonymi w pkt. 5.7 SIWZ**, w terminem doręczenia określonym w **pkt 11.2 SIWZ**,
- b) **lub złożyć** w **KANCELARII** Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, I piętro, w terminie doręczenia określonym w **pkt 11.2 SIWZ**.

**11.2. Termin składania ofert upływa dnia 26 października 2020 r. o godz. 09:00.**

**11.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt 11.2 SIWZ oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.**

## **12. KRYTERIA WYBORU OFERTY**

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – 50 %

Parametry techniczne – 30%

Gwarancja i przeglądy serwisowe – 20%

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

### **KRYTERIUM CENA – 50%**

Liczba punktów (max 40) = [(Najniższa oferowana cena brutto/Cena badanej oferty) x 100] x 40%

**Maksymalnie 50 punktów.**

### **PAREMETRY TECHNICZNE:**

Możliwość oznaczania rtęci w trybie bez amalgamacji i z amalgamacją:

- z pojedynczym amalgamatorem (pułapka)

- z podwójnym amalgamatorem (pułapka)

Jedna pułapka – 0 pkt.

Dwie pułapki – 10 pkt.

Zintegrowany z analizatorem moduł z filtrem HEPA lub osłona podajnika próbek:

Brak parametru – 0 pkt.

Parametr zaoferowany – 5 pkt.

Analizator wyposażony w opcję detekcji z wykorzystaniem absorpcji atomowej.

Brak parametru – 0 pkt.

Parametr zaoferowany – 5 pkt.

Analizator wyposażony w czujnik wilgoci za separatorem gaz-ciecz.

Brak parametru – 0 pkt.

Parametr zaoferowany – 5 pkt.

Konstrukcja analizatora umożliwiająca samodzielną (wykonywaną przez użytkownika) wymianę lampy rtęciowej i pułapek.

Brak parametru – 0 pkt.

Parametr zaoferowany – 5 pkt.

**Maksymalnie 30 pkt.**

### **GWARANCJA I PRZEGLĄDY TECHNICZNE:**

Okres gwarancji:

24 miesiące 0 pkt.

36 miesięcy 10 pkt.

Nieodpłatne przeglądy serwisowy w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym z użytkownikiem

2 przeglądy – 0 pkt.

3 przeglądy – 10 pkt.

**Maksymalnie 20 pkt.**

### **Wybór Wykonawcy.**

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych łącznie we wszystkich kryteriach.

Możliwa do uzyskania liczba punktów za wszystkie kryteria wynosi - **100 pkt.**

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane.

### **13. OTWARCIE, BADANIE I OCENA OFERT**

**13.1.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 października 2020 r. o godz. 09:15** w pokoju nr 208 (II piętro) siedzibie Zamawiającego, pod adresem: ul. Libelta 36, 61-707 Poznań

**13.2.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**13.3.** Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

**13.4.** Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: <https://bip.wsse-poznan.pl/>, w zakładce „Przetargi” informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**13.5.** Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**13.6.** Jeżeli wykonawca, którego została uznana jako najkorzystniejsza nie złożył oświadczeń, , dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**13.7.** Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Wyjątek stanowią zastrzeżone przez wykonawcę informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym



- opakowaniu oznaczonym napisem: „**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIĄĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA**”, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), które nie są jawne i nie będą udostępnione innym uczestnikom postępowania **pod warunkiem**, że wykonawca nie później niż w terminie składania ofert **zastrzeż**, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykaza**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 13.8.** W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w ich treści.
- 13.9.** Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 13.10.** Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

#### **14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

- 14.1.** Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i „Zestawienia parametrów granicznych” i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia.
- 14.2.** Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
- 14.3.** Cenę należy podać w polskich złotych.
- 14.4.** Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
- 14.5.** Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
- 14.6.** Błędy w obliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty.
- 14.7.** Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie;
  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 14.8.** Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty

#### **15. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY**

- 15.1.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów określonych w pkt. 12 SIWZ.
- 15.2.** Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

M

- 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
  - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
  - 4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 15.3.** Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 15.2, ppkt 1 lub 4 na stronie internetowej.
- 15.4.** Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający może zawrzeć umowę w krótszym terminie.
- 15.5.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

#### **16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 16.1.** Zamawiający **wymaga/nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **17. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

- 17.1.** Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

#### **18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

- 18.1** Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 18.2** Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

#### **19. INFORMACJE DODATKOWE**

- 19.1** Jeżeli ostatni dzień terminów wskazanych w SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

**„Z A T W I E R D Z A M”**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

.....  
(pieczęć i podpis)

*mjr Jacek Szopka*

**Załączniki:**

- |       |   |
|-------|---|
| Nr 1  | Formularz ofertowy  |
| Nr 2  | Zestawienie parametrów granicznych                                |
| Nr 3  | Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia                         |
| Nr 3A | Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Nr 3B | Zobowiązanie innych podmiotów                                     |
| Nr 3C | Oświadczenie – grupa kapitałowa                                   |
| Nr 4  | Klauzula informacyjna RODO  |
| Nr 5  | Projekt umowy   |





....., dnia..... 2020 r.

## FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA FIRMY: \_\_\_\_\_

REGON FIRMY: | | | | | | | | | |

NIP FIRMY: | | | | | | | | | | | | | |

ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Internet: http:// \_\_\_\_\_ .pl

E-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

numer kierunkowy: \_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ faks \_\_\_\_\_

## OFERTA

W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **przetargu nieograniczonego** na: **dostawę analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ..... zł (słownie: ..... zł)

po doliczeniu podatku VAT.....%, w wysokości ..... zł  
(słownie: ..... zł)

brutto ..... zł (słownie: ..... zł)

**Termin dostawy:** ..... (nie później niż 18 grudnia 2020 r.)<sup>1</sup>

Płatność - w terminie 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem<sup>2</sup>?

Tak\*  Nie\*

mikroprzedsiębiorstwo\*

małe przedsiębiorstwo\*

średnie przedsiębiorstwo\*

<sup>1</sup> W przypadku niewypełnienia tej pozycji przyjmuję się termin dostawy na dzień 18 grudnia 2020 r.

<sup>2</sup> Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Część zamówienia, których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom:

.....  
.....  
(nazwa podwykonawcy) (zakres robót)

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaze informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.

W realizacji przedmiotu zamówienia **będziemy/nie będziemy\*** polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (jeżeli wykonawca sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zaznacza: „będziemy”, jeżeli sam spełnia postawione warunki zaznacza „nie będziemy”).

\* właściwie zaznaczyć

**(Nazwa i adres innego podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca)**

.....  
.....

Ponadto oświadczamy, że:

- a. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania umowy.
- b. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a w tym z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnego z uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- c. zapoznaliśmy się z modyfikacją SIWZ, jeśli taka była.
- d. uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
- e. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>3</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>4</sup>;
- f. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- g. osoby skierowane do realizacji zamówienia nie były nigdy karane za naruszenie prawa;

<sup>3</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>4</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

h. w przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:

- .....
- .....

(imię, nazwisko, stanowisko)

**Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w toku toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:**

Pan/Pani: ..... Stanowisko służbowe: .....

tel.: ..... e-mail: .....

Integralną część niniejszej oferty stanowi:

1. .... str. od..... do.....
2. .... str. od..... do.....
3. .... str. od..... do.....
4. .... str. od..... do.....
5. .... str. od..... do.....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)





**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH**  
**Analizator z wyposażeniem i oprogramowaniem do oznaczania rtęci w wodzie**

**Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.**

Zamawiający wymaga, aby w przypadku gdy w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” jest: „TAK” - Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” potwierdza spełnienie wymogu wpisując „TAK”; niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

„Należy podać” - Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” wpisuje jakie parametry posiada zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia; niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

**Parametry podane w tabeli 1 i tabeli 2 mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie choćby jednego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

**Tabela 1.**

Opis	Wymagania minimalne Zamawiającego	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty <b>dokumenty producenta</b> , potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań minimalnych oraz kryteriów pozacenowych. Przykładem takich dokumentów mogą być m.in.: specyfikacja techniczna, broszura informacyjna lub dane techniczne – wyłącznie producenta.	<b>TAK</b>	
	W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pełną dokumentację techniczną urządzenia w języku producenta wraz z jej polskim tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formacie *.pdf lub *.doc;</li> <li>• kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej;</li> <li>• certyfikat CE na oferowane urządzenie.</li> </ul> Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania.	<b>TAK</b>	
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonawca zamówienia udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem zamówienia minimum <b>24 miesięcznej</b> gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;</li> <li>• Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.</li> </ul>	<b>TAK</b>	
Dostawa i uruchomienie	Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, dostosować do istniejącej instalacji, uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz	<b>TAK</b>	

	zademonstrować pełną sprawność dostarczonych urządzeń.		
<b>Wymagania serwisowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce z minimum dwoma inżynierami serwisu przeszkolonymi przez producenta (załączyć odpowiednie imienne certyfikaty producenta);</li> <li>• Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego;</li> <li>• Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim oraz posiadali minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych analizatorów rtęci;</li> <li>• Czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;</li> <li>• Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu: nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii;</li> <li>• W przypadku awarii urządzenia, wymagającej zamówienia części serwisowych, przywrócenie sprawności urządzenia nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy;</li> <li>• W okresie gwarancji Zamawiający wymaga pełnej nieodpłatnej obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta;</li> <li>• Zamawiający wymaga wykonania minimum dwóch nieodpłatnych przeglądów serwisowych (w tym nieodpłatna wymiana części zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym z użytkownikiem;</li> <li>• Dodatkowo, wsparcie techniczne w oparciu o telefon, e-mail;</li> <li>• Części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat od daty zakupu urządzenia.</li> </ul>	<b>TAK</b>	
<b>Szkolenie wstępne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W siedzibie Zamawiającego, w czasie instalacji urządzenia;</li> <li>• Szkolenie obejmujące min. 2 osoby.</li> </ul>	<b>TAK</b>	
<b>Szkolenie aplikacyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z obsługi sprzętu i oprogramowania;</li> <li>• Czas trwania szkolenia nie krótszy niż 2 dni (lub 16 godzin);</li> <li>• Szkolenie obejmujące min. 2 osoby, w ustalonym terminie oraz w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż 4 miesiące od daty instalacji urządzenia;</li> <li>• Minimalny zakres szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bieżąca obsługa urządzenia;</li> <li>- programowanie urządzenia;</li> <li>- konfiguracja parametrów pracy;</li> <li>- konserwacja urządzenia;</li> <li>- rozpoznawanie awarii;</li> </ul> </li> </ul>	<b>TAK</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie przykładowych oznaczeń rtęci w próbkach wody;</li> <li>• Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem.</li> </ul>		
--	---	--	--

Tabela 2. Wymagania techniczne

Opis	Wymagania minimalne Zamawiającego	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane
Ogólne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie fabrycznie nowe z produkcji seryjnej;</li> <li>• Zasilanie 230 V / 50 Hz;</li> <li>• System dostosowany do pracy na stole laboratoryjnym.</li> </ul>	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwa nieodpłatne przeglądy serwisowe (w tym nieodpłatna wymiana części zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym z użytkownikiem np. po 12 i 23 miesiącu użytkowania. Ostatni przegląd na miesiąc przed końcem gwarancji</li> </ul>	TAK <i>Uwaga: Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwarancja minimum 24 miesiące.</li> </ul>	TAK <i>Uwaga: Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Współpraca analizatora z komputerem</li> </ul>	TAK	
Analizator rtęci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizator przeznaczony do oznaczeń rtęci na niskich poziomach stężeń w próbkach ciekłych.</li> </ul>	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie z wykorzystaniem techniki zimnych par w połączeniu z fluorescencją atomową (CV-AFS); gaz nośny argon.</li> </ul>	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświadczenie dotyczące zgodności z normą ISO 17852.</li> </ul>	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość oznaczania rtęci w trybie bez amalgamacji i z amalgamacją: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z pojedynczym amalgamatorem (pułapka),</li> <li>- z podwójnym amalgamatorem (pułapka).</li> </ul> </li> </ul>	TAK <i>Uwaga: Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
Analizator rtęci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Źródło: niskociśnieniowa lampa rtęciowa</li> </ul>	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detektor: fotopowielacz</li> </ul>	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. zakres roboczy: 0,05 -2,0 ug/ l (z amalgamacją).</li> </ul>		
Automatyczny podajnik próbek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z możliwością rozcieńczeń</li> </ul>	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Talerz na min. 50 próbek/fiolek.</li> </ul>	TAK	

<b>Oprogramowanie do sterowania pracą analizatora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oprogramowanie sterujące umożliwiające monitorowanie i kontrolę parametrów pracy analizatora z poziomu komputera;</li> <li>• możliwość prowadzenia analizy ilościowej i kalibracji (kalibracja liniowa i nieliniowa);</li> <li>• szeroki zakres raportowania umożliwiający transfer raportów z pomiarów do formatów m.in. MS Excel (.xls) i tekstowego (.txt);</li> <li>• licencje na oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem powinny dopuszczać przeniesienie licencji oprogramowania na inny komputer;</li> <li>• oprogramowanie w języku polskim lub angielskim;</li> <li>• wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem umożliwiającym jego zainstalowanie na nowo;</li> </ul>	<b>TAK</b>	
<b>Komputer stacjonarny do sterowania pracą analizatora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer z systemem operacyjnym Windows 10 PRO, odpowiednim do działania oprogramowania sterującego pracą analizatora</li> <li>• Procesor wielordzeniowy Intel Core i7</li> <li>• Minimum 16 GB RAM;</li> <li>• Dysk 256 GB SSD;</li> <li>• Dodatkowy dysk minimum 1 TB;</li> <li>• Napęd optyczny DVD+/-RW;</li> <li>• Minimum 8 portów USB;</li> <li>• Karta graficzna (może być zintegrowana z płytą główną);</li> <li>• Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s</li> <li>• Klawiatura;</li> <li>• Mysz optyczna;</li> <li>• Monitor min. 24", rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 pikseli;</li> <li>• Pakiet biurowy MS Office, pełna wersja interfejsu użytkownika. Licencja powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer (np. w przypadku awarii komputera) – licencja jednostanowiskowa.</li> </ul>	<b>TAK</b>	
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>	<p>Zestaw materiałów <b>zapasowych</b> obejmujący minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zestaw startowy konieczny do uruchomienia analizatora;</li> <li>• Zestaw części zużywalnych (na 3 lata eksploatacji, zgodnie z zaleceniami producenta np. wężyki, filtry z adsorbentem do usuwania rtęci z gazy);</li> <li>• Niskociśnieniowa lampa rtęciowa;</li> <li>• 4 amalgamatory (pułapki);</li> <li>• Zestaw 500 fiolek do podajnika próbek.</li> </ul>	<b>Należy podać</b>	

**Tabela 3. Wymagania techniczne - opcjonalne**

Lp.	Wymagania opcjonalne Zamawiającego	Uwagi	Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić)
1.	Zintegrowany z analizatorem moduł z filtrem HEPA lub osłona podajnika próbek.	<i>Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
2.	Analizator wyposażony w opcję detekcji z wykorzystaniem absorpcji atomowej.	<i>Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
3.	Analizator wyposażony w czujnik wilgoci za separatorem gaz-ciecz.	<i>Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
4.	Konstrukcja analizatora umożliwiająca samodzielną (wykonywaną przez użytkownika) wymianę lampy rtęciowej i pułapek.	<i>Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	

Tabela 4. Kryteria pozacenowe - Parametry techniczne:

Lp.	Parametr	Ilość przyznawanych punktów za spełniony parametr	Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić)
1	Nieodpłatne przeglądy serwisowy w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym z użytkownikiem	2 przeglądy - <b>0 pkt.</b> 3 przeglądy - <b>10 pkt</b>	
2	Gwarancja	24 miesiące - <b>0 pkt</b> 36 miesięcy - <b>10 pkt</b>	
3	Możliwość oznaczania rtęci w trybie bez amalgamacji i z amalgamacją: - z pojedynczym amalgamatorem (pułapka) - z podwójnym amalgamatorem (pułapka)	Jedna pułapka – <b>0 pkt</b> Dwie pułapki – <b>10 pkt</b>	
4	Zintegrowany z analizatorem moduł z filtrem HEPA lub osłona podajnika próbek.	Brak parametru – <b>0 pkt</b> Oferowany parametr - <b>5 pkt</b>	
5	Analizator wyposażony w opcję detekcji z wykorzystaniem absorpcji atomowej.	Brak parametru – <b>0 pkt</b> Oferowany parametr - <b>5 pkt</b>	
6	Analizator wyposażony w czujnik wilgoci za separatorem gaz-ciecz.	Brak parametru – <b>0 pkt</b> Oferowany parametr - <b>5 pkt</b>	
7	Konstrukcja analizatora umożliwiająca samodzielną (wykonywaną przez użytkownika) wymianę lampy rtęciowej i pułapek.	Brak parametru – <b>0 pkt</b> Oferowany parametr - <b>5 pkt</b>	
<b>Uwaga! Wykonawca załączy do każdego parametru z pkt. 1 - 7 dokumenty potwierdzające oferowaną wartość/parametr. Takim dokumentem może być specyfikacja techniczna (fabryczna)</b>			

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



**Wykonawca:**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeIDG)

**reprezentowany przez:**

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „dostawa analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu” oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

- 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

....., dnia ..... r. ....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....  
.....

....., dnia ..... r. ....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia ..... r.

.....  
(podpis)



**Wykonawca:**

.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „dostawa analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu”, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 4.2 SIWZ.

....., dnia ..... r. ....  
(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 4.2. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
.....  
.....

w następującym zakresie: .....

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia ..... r. ....  
(podpis)

**OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**ZOBOWIĄZANIE**  
**innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy**

.....  
(nazwa firmy lub imię i nazwisko innego podmiotu)

.....  
(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania innego podmiotu )

tel.: ....., faks: ....., e-mail: .....

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Dostawę analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu”**

**– zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy:**

.....  
(podać nazwę Wykonawcy, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia –  
wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę)

**niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia**

1) potencjał techniczny lub zawodowy - doświadczenie umożliwiające realizację  
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości)

a) **ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY  
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

b) **SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZY WYKONYWANIU  
ZAMOWIENIA**

.....  
.....  
.....  
.....

Oświadczam, że znany jest mi fakt, że odniesieniu do warunków dotyczących  
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą  
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty  
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

....., dnia.....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela innego podmiotu)



**Wykonawca:**

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)**reprezentowany przez:**

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

(oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**„Dostawę analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu”**

w związku z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że:

- 1) **nie należę** do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu\*
- 2) **należę** do grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu **i w związku z tym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\***

1. ....

2. ....

(Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania kapitał.)

....., dnia ..... r.

.....  
(podpis i pieczęćka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)**\*właściwe zaznaczyć****grupa kapitałowa** – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu**, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, e-mail: [iod@wssepoznan.pl](mailto:iod@wssepoznan.pl), tel. 61 85 44 891;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

<sup>1</sup> skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Umowa nr .....  
z dnia ..... r.

zawarta pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu  
ul. Noskowskiego 23  
61-705 Poznań

zwaną dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez:

a

.....  
.....  
.....

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

łącznie zwani Stronami,  
o następującej treści:

W wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 139.000 euro została zawarta umowa następującej treści:

### § 1

1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza na własny koszt, a Zamawiający kupuje analizator rtęci .....
2. Szczegółowy opis parametrów analizator rtęci oraz warunków gwarancyjnych określony został w zestawieniu parametrów granicznych oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

### § 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki potrzebne do realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może wykonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

### § 3

1. Strony ustalają, że dostarczenie analizatora rtęci przedmiotem umowy nastąpi w terminie do **maksymalnie do 18 grudnia 2020.**
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego. O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.

3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego podpisanym przez przedstawicieli stron. Integralną częścią protokołu zdawczo-odbiorczego stanowią:
- specyfikacja techniczna producenta,
  - instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje,
  - karta gwarancyjna oraz dokument określający zasady świadczenia usług gwarancyjnych,
4. Za koordynację działań ze strony:
- a) Zamawiającego – odpowiedzialni jest: Oddział Techniczny: 61 8544867, [oddzial.techniczny@wssepoznan.pl](mailto:oddzial.techniczny@wssepoznan.pl)
  - b) Wykonawcy – odpowiedzialny jest: .....

#### § 4

1. Ustala się cenę za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:
  - netto: ..... zł (słownie: ..... zł),
  - VAT 23% tj. .... zł (słownie: ..... zł),
  - brutto: ..... zł (słownie: ..... zł).
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokolarne przekazanie przedmiotu umowy, zgodnie z §3 ust. 3.
3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez strony protokołem, o którym mowa w §3 ust. 3.
4. Za datę zapłaty strony ustalają dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, iż figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT oraz, iż numer rachunku bankowego wskazanego na fakturach jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego podanym w w/w wykazie.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na faktury elektroniczne, za wyjątkiem obowiązku wynikającego z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

#### § 5

1. Analizator rtęci objęty jest ..... miesięczną gwarancją.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust. 3.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzowany serwis na terenie województwa wielkopolskiego.  
Adres serwisu: .....  
tel. kontaktowy do serwisu: .....

#### § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  - a) 10% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w § 4 ust. 3 przysługują odsetki ustawowe.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

**§ 7**

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

**§ 8**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 11**

Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz zestawienie parametrów granicznych.

**§ 12**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

.....  
Wykonawca

.....  
Zamawiający

