

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LESZNIE

[www.gov.pl/web/psse-leszno](http://www.gov.pl/web/psse-leszno)  
psse.leszno@pis.gov.pl  
/PSSELeszno/SkrytkaESP  
przetargi@psse-leszno.pl

ul. Niepodległości 66  
64-100 Leszno  
skr. pocztowa 6  
NIP 697 10 25 879  
REGON 410390570  
BDO 000155006

OEA-SA.272.1.2022

Leszno, 07.06.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali SWZ na:  
„Dostawę materiałów do  
badań laboratoryjnych dla  
Powiatowej Stacji Sanitarно-  
Epidemiologicznej w  
Lesznie.”**

Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęło pytanie do SWZ w następującej treści:

## **Pytanie**

### **Dot. załącznika nr 6 do SWZ – Wzorce barwy i mętności:**

Pozycja 3. Zestaw kalibracyjny dedykowany do mętnościomierza TURB 430IR składa się z wzorców o wartości mętności: 0,02 NTU; 10 NTU; 1000 NTU. Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską podając wartość 100 NTU zamiast 1000 NTU?

## **Odpowiedź**

TAK

Pozycja 3 winna mieć treść:

**„Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza TURB 430IR o mętności : 0,02 NTU; 10 NTU; 1000 NTU.”**

AK