



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Warszawa, 06 kwietnia 2022 r.

NKK3.9062.30.2022.AW

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Uniwersytet Rzeszowski 35-959 Rzeszów, al. Tadeusza Rejtana 16 C
Nr/Tytuł projektu	POWR.05.03.00-00-0006/18 „WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej - program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna EX-POST.
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 07 marca 2022 r. Data zakończenia kontroli: 28 marca 2022 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowań: a) „Świadczenie usług aktorskich – pacjent standaryzowany” nr ZP/UR/46/2021 nr ogłoszenia: 2021/BZP 00014386/01; b) „Dostawa różnego rodzaju sprzętu medycznego i wyposażenia - w ramach projektu WCSM” nr ZP/UR/159/2021 nr ogłoszenia: 2021/S 118-309586; c) „Dostawa wyposażenia medycznego” nr ZP/UR/269/2021 nr ogłoszenia 2021/S 194-504505.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	W postępowaniu nr ZP/UR/269/2021 stwierdzono nieprawidłowość skutkującą nałożeniem korekty finansowej.
Opis stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wskazanie artykułów ustawy pzp, które zostały naruszone – jeśli dotyczy.	Stwierdzono nieprawidłowość: Naruszenie art. 101 ust. 4 – Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm i nie wskazał jednocześnie, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający powołał się na następujące normy i nie wskazał jednocześnie, że dopuszcza rozwiązania równoważne: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

niepodlega



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	<p>POZ. 22 - Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52.</p> <p>POZ. 23 - Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 2.</p> <p>POZ. 24 - Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 2.</p>
--	--

Hubert Milanowicz

Naczelnik

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Agnieszka Wolska - NKK3

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2812953.9124161.8950524
Nazwa dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP POWR UniRzeszów.pdf
Tytuł dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP POWR UniRzeszów
Sygnatura dokumentu	NKK3.9062.30.2022
Data dokumentu	2022-04-06 15:43:30
Skrót dokumentu	86AB1ECA42BC354A9D431F677B68053F0C3EB7 9D
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2022-04-06
Podpisane przez	hubert milanowicz Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
	EZD 3.104.37.37.41921
Data wydruku:	2022-04-06 16:02:54
Autor wydruku:	Wolska Agnieszka