

Odbiorca / odbiorcy pisma:

Szanowni Państwo: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia

Rodzaj pisma:

**PETYCJA**

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym celem udoskonalenia bądź poprawienia danego stanu prawnego bądź faktycznego celem dobra publicznego.

Treść żądania, oczekiwania, uzasadnienie:

U pacjentów przytomnych Zespoły Ratownictwa Medycznego, triażysta Izby Przyjęć, triażysta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na jedną minutę podłącza pacjenta do badania elektrospirometrycznego (elektrody ekg, maska lub ustnik spirometru badania spoczynkowego, a nie jak zazwyczaj forsowanego i maksymalnego wdechu i wydechu, chociaż w spirometrii oddycha się spokojnie i 3 x max ) celem ustalenia wydolności i niewydolności oddechowej oceniając parametry:

MW - wentylacja minutowa w spoczynku (f - częstość x TV objętość oddechowa wdechu)

TV objętość oddechowa wdechu oraz wydechu podczas spoczynkowego oddychania

RR - częstotliwość na minutę podczas spoczynkowego oddychania

sWd - czas wdechu podczas spoczynkowego oddychania

sWy - czas wydechu podczas spoczynkowego oddychania

sco - czas cyklu oddychania i stosunek podczas spoczynkowego oddychania

Tor oddychania: Biota, Kussmaula, Cheyne'a-Stokesa

Tor: piersiowy, brzuszny