

WYJAŚNIENIE DO SWZ znak: OEA-ZP.272.1.1.2024.1

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) na dostawę butelek do pobierania próbek wody dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kętrzynie.
Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00096259 z dnia 07.02.2024 roku.**

Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Kętrzynie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1705) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SWZ wyżej wymienionego postępowania:


Pytania do SWZ:

Pytanie 1. Zadanie 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu o poniższej specyfikacji?

Sterylizowane prom. gamma butle przeznaczone do pobierania, przenoszenia i przechowywania próbek wody. Dostępne w wersji bezbarwnej oraz bursztynowej. Wykonane z półprzezroczystego PP. Butle bezbarwne wykonano z transparentnego, szkło-podobnego specjalnego PP. Butle bursztynowe wykonano z czystego, transparentnego PP, barwionego na bursztynowo (nieprzepuszczającego promieni UV do wnętrza butli). Prostokątne, łatwe do przenoszenia, zajmują mało miejsca w laboratorium. Szeroka szyja (GL 50) zapewnia łatwe napełnianie i opróżnianie. Zakrętka z PE, samouszczelniająca się, z pierścieniem bezpieczeństwa. Unikalna konstrukcja wnętrza zakrętki zapewnia hermetyczne zamknięcie i zabezpieczenie przed przeciekaniem oraz zanieczyszczeniami. Wytłoczona podziałka (dokładność $\pm 2\%$) na bocznej ścianie. Każda butla posiada etykietę do umieszczania następujących informacji: rodzaj próbki, źródło, kod i nr serii, data ważności i inne dane. ISOLAB

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuści butle o szerokości szyjki od 35 mm do 50 mm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ to jest: pojemność 500 ml, wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen, polistyren, polietylen, poliwęglan), z podziałką, przezroczysta, sztywna, odporna na pęknięcia; nakrętka zakręcana, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana indywidualnie ze świadectwem sterylności i datą ważności sterylizacji na butelce; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. Zamawiający nie dopuszcza butli barwionych na bursztynowo.

ZATWIERDZIŁ
Dyrektor PSSE w Kętrzynie
Irmina Filipek

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii