

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



**Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Przeworsku**
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 20.10.2023 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn: „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego”

Znak sprawy PSA.272.9.2023

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku - informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pakiet 4

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych 600 x 650 x 1300 mm i wewnętrznych 480 x 520 x 1060?

TAK- zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi wymiary:

- zew. min.620 /min. 650/min. 1300 mm $\pm 5\%$,
- wew. min. 480/min. 480/min. 1060 mm $\pm 5\%$