



Ministerstwo Zdrowia

Departament  
Nadzoru i Kontroli

Warszawa, 12 lipca 2022 r.

NKK3.9062.32.2022.AS

**Informacja o wyniku kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	UNIwersytet HUMANISTYCZNOPRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 42-200 Częstochowa Jerzego Waszyngtona 4/8
<b>Tytuł projektu/Nr</b>	„Program rozwojowy z utworzeniem monoprofilowego CSM na kierunku pielęgniarstwo UJD w Częstochowie” POWR.05.03.00-00-0015/19
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola procedury zawierania umów
<b>Termin kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 13 czerwca 2022 r. Data zakończenia kontroli: 12 lipca 2022 r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	1. nr ogłoszenia ZP.26.1.97.2021 data ogłoszenia 2021-09-21 - Dostawa fantomów i trenażerów do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie; 2. nr ogłoszenia ZP.26.1.120.2021 data ogłoszenia 2021-11-10 - Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Część 1 – Symulatory pacjenta wraz z wyposażeniem pomieszczenia kontrolnego. Część 2 – Urządzenia medyczne. Część 3 – Sprzęt i wyposażenie medyczne. Część 4 – Drobnny sprzęt medyczny; 3. nr ogłoszenia ZP.26.1.15.2022 data ogłoszenia 2022-03-15 - Przeprowadzenie szkoleń z zakresu symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Ministerstwo Zdrowia  
ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80  
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl  
www.gov.pl/zdrowie

*niepodlega*



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



<p style="text-align: center;"><b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b></p>	<p>Postępowanie ZP.26.1.97.2021 stwierdzono uchybienia, nie stwierdzono naruszeń skutkujących koniecznością nałożenia korekty finansowej.</p> <p>Postępowanie ZP.26.1.15.2022 stwierdzono uchybienia, nie stwierdzono naruszeń skutkujących koniecznością nałożenia korekty finansowej.</p> <p>Postępowanie ZP.26.1.120.2021 stwierdzono uchybienia oraz naruszenie skutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm bez dopuszczenia równoważności, tj.:</p> <p>Zadanie nr 2:</p> <p>Pozycja nr 7 defibrylator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parametr 15 – stopień wodoodporności min.: IEC 60529/EN 60529 IPX5 przy podłączonych elektrodach i zainstalowanej baterii.</li> <li>- parametr 16 – odporność na pył min.: IEC 60529/EN 60529 IP5X przy podłączonych elektrodach i zainstalowanej baterii.</li> </ul> <p>Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm bez dopuszczenia równoważności stanowi naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, którego przepis stanowi, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.</p> <p>Powyższe stanowi naruszenie skutkujące koniecznością zastosowania korekty finansowej w wysokości 10% (dotyczy Zadania nr 2).</p>
---	---

Małgorzata Kania

Główny Specjalista

/dokument podpisany elektronicznie/