

Warszawa, dnia 6 maja 2022 roku

BAD.241.2.4.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Dotyczy Rozdział 3 Moduł 1

Pozycja 3 i 4: Czy Zamawiający dopuści lejek szklany zgodny z normą DIN ISO 4798 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści bagietę k o wymiarach 6/250 mm przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?

Pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści kolby miarowe według normy ISO 1042 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści kolby miarowe według normy ISO 1042 oraz szlif 10/19 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści kolby miarowe według normy ISO 1042 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 15: Czy Zamawiający dopuści kolby miarowe według normy ISO 1042 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści kolby miarowe według normy ISO 1042 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kolbę miarową DURAN® z napisami wykonanymi trwałą farbą w kolorze brązowym przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Pozycja 28: Czy Zamawiający dopuści kolby spełniające wymagania normy DIN EN ISO 4797, szyjka z gwintem NS zgodna z normą DIN 12242 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?

Pozycja 29: Czy Zamawiający dopuści kolby spełniające wymagania normy DIN EN ISO 4797, szyjka z gwintem NS zgodna z normą DIN 12242 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 36: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu dwukrotnie wymaganej średnicy lejka?

Odpowiedź:

Dotyczy Rozdział 3 Moduł 1

Pozycja 3 i 4: Zamawiający dopuszcza lejek szklany zgodny z normą DIN ISO 4798 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 5: Zamawiający nie dopuszcza bagietki o wymiarach 6/250 mm

Pozycja 9: Zamawiający dopuszcza kolby miarowe według normy ISO 1042 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 11: Zamawiający dopuszcza kolby miarowe według normy ISO 1042 oraz szlif 10/19 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 13: Zamawiający dopuszcza kolby miarowe według normy ISO 1042 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 15: Zamawiający dopuszcza kolby miarowe według normy ISO 1042 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 16: Zamawiający dopuszcza kolby miarowe według normy ISO 1042 przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów.

Pozycja 19: Zamawiający dopuszcza kolbę miarową DURAN® z napisami wykonanymi trwałą farbą w kolorze brązowym przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pozycja 28: Zamawiający dopuszcza kolby spełniające wymagania normy DIN EN ISO 4797, przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów lecz nie dopuszcza szyjki z gwintem NS.

Pozycja 29: Zamawiający dopuszcza kolby spełniające wymagania normy DIN EN ISO 4797, przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów lecz nie dopuszcza szyjki z gwintem NS.

Pozycja 36: Nastąpiła omyłka pisarska, dwukrotnie podano wymaganą średnicę lejka.

Pytanie 2:

Dotyczy Rozdział 3 Moduł 12

Podane numery katalogowe nie odpowiadają opisowi produktów.

Prosimy o sprecyzowanie czym należy się kierować przy wycenie – numerem katalogowym czy opisem filtrów.

1	PTF1322NB1	38000000-5	Filtry strzykawkowe PTFE, wielkość porów 0,22um, średnica 13mm ± 1mm
2	NYLL1345N1	38000000-5	Filtry strzykawkowe PTFE, wielkość porów 0,45um, średnica 13mm ± 1mm

Odpowiedź:

Podane numery katalogowe są prawidłowe, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia podany w kolumnie numer 4, prawidłowy opis przedmiotu zamówienia jak niżej.

1	PTF1322NB1	38000000-5	Filtry strzykawkowe PTFE, wielkość porów 0,22um, średnica 13mm ± 1mm
2	NYLL1345N1	38000000-5	Filtry strzykawkowe nylonowe, wielkość porów 0,45um, średnica 13mm ± 1mm

Pytanie 3:

Dotyczy Rozdział 3 Moduł 14

Zamawiający w pozycji 2 wyspecyfikował kabel pasujący do elektrody Foodtrode, o długości 1m ± 0,1m z wtyczką BNC, przyłączy S7 – czyli zarówno z końcówką BNC i S7 (inaczej DIN). Prosimy o doprecyzowanie jaką końcówkę (BNC czy DIN) ma posiadać wymagany kabel. Kable występują albo do BNC albo do S7 (DIN).

Odpowiedź:

Wymagany kabel powinien posiadać końcówkę BNC.

Pytanie 4:

Dotyczy punktu III podpunkt 3.4 według SWZ

Prosimy o odstąpienie od wymogu gwarancji obejmującej jakość i ilość dostarczanego przedmiotu zamówienia w przypadku materiałów zużywalnych, szkła oraz innych przedmiotów niebędących urządzeniami w załączniku 2c ponieważ wyspecyfikowane produkty w załączniku 2c nie obejmuje gwarancja i na które producenci nie udzielają gwarancji. Produkty te natomiast obejmuje rękojmia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzyma zapisy rozdziału III pkt 3.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że gwarancja obejmująca jakość i ilość dostarczonego przedmiotu zamówienia – w przypadku materiałów zużywalnych, szkła oraz innych przedmiotów niebędących urządzeniami dotyczy zgodności z umową, co zostało jednoznacznie sformułowane w §7 ust. 1 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy podpunktów 8.1; 10.3; 11.1 SWZ

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w wymienionych punktach SWZ ponieważ zastosowano błędny rok 2021.

Odpowiedź:

W punktach 8.1.; 10.3.; 11.1. SWZ nastąpiła omyłka pisarska.

W punkcie 8.1. powinno być: Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 10 czerwca 2022 roku**, czyli przez 30 dni.

W punkcie 10.3. powinno być: Ofertę wraz z załącznikami (oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, i innymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami) należy złożyć w terminie **do dnia 12 maja 2022 roku do godziny 9:30**.

W punkcie 11.1. powinno być: Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **dnia 12 maja 2022 roku o godzinie 10:00**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytanie 6:

Czy z uwagi na ochronę uczciwej konkurencji i możliwość zaoferowania konkurencyjnych cenowo i jakościowo produktów Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne moduły?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert na poszczególne moduły w obrębie rozdziałów. Częścią zamówienia jest rozdział. Zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy, dzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, z którego może skorzystać opisując przedmiot zamówienia. Skutkiem przychylenia się do prośby Wykonawcy byłoby nadmierne rozdrobnienie umów, co generowałoby dodatkowe koszty i czas Zamawiającego (nadzorowanie licznych umów utrudni bieżącą pracę). Ponadto, w sytuacji gdy Wykonawca nie jest w stanie zaoferować całości zadania, zgodnie z art. 58 ustawy może wspólnie z innym Wykonawcą, Wykonawcami ubiegać się o udzielenie zamówienia lub powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Działając w trybie art. 286 ust 1 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, w zakresie pkt. 8.1.; 10.3.; 11.1., które odpowiednio otrzymują brzmienie:

8.1. „Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10 czerwca 2022 roku, czyli przez 30 dni.”

10.3. „ Ofertę wraz z załącznikami (oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, i innymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami) należy złożyć w terminie do dnia 12 maja 2022 roku do godziny 9:30.”

11.1. „ Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. dnia 12 maja 2022 roku o godzinie 10:00, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Konsekwencją dokonanej modyfikacji punktu 8.1. SWZ jest zmiana treści pkt. 5 załącznika nr 1 do SWZ. Ponadto, w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi na pytania, zmianie ulega treść formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2c do SWZ. Zmodyfikowany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz zmodyfikowany formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2c do SWZ w brzmieniu zmienionym od dnia 6 maja 2022 roku zostały zamieszczone na stronie internetowej IJHARS. Zmiany w załącznikach zostały zaznaczone kolorem żółtym, czerwoną czcionką, tekst wykreślony dodatkowo został zaznaczony przekreśloną czcionką.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony na 12 maja 2022 roku na godz. 9:30 oraz otwarcia ofert ustalony na 12 maja 2022 roku na godz. 10:00.