

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zakupu zamrażarki niskotemperaturowej z systemem back-up

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, w związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu laboratoryjnego, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania zamówienia na ww. sprzęt.

Zamówienie będzie realizowane będzie w ramach projektu pod nazwą „Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez remont oraz doposażenie w sprzęt” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, typ projektu: wsparcie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Przedmiot zamówienia:

Opis	Wymagania minimalne Zamawiającego
Zamrażarka	Niskotemperaturowa pionowa (szafowa)
2. Pojemność	300 l – 500 l
Konstrukcja	Komora dzielona na 4 sekcje zamykane oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi, zamknięcie (klucz lub kod dostępu), izolacja próżniowa typu VIP, złącze USB
Zakres temperatur	Od -86° do -40°C, stopniowana
Systemy awaryjne	Akumulatory zapasowe sterownika w przypadku awarii zasilania – wyjście alarmowe Dodatkowy otwór umożliwiający podłączenie systemu awaryjnego podtrzymania temperatury CO2 Kompatybilny zestaw back-up z butlą CO2 2 niezależne układy chłodzenia zapewniające podtrzymanie temperatury roboczej na poziomie -70°C w przypadku awarii jednego z nich
6. Dodatkowo	otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika instrukcja w języku polskim transport z ubezpieczeniem wniesienie, rozpakowanie, instalacja walidacja temperaturowa

2. Planowany termin realizacji:

Dostawa w IV kwartale 2023 r.

3. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej

Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia **31-05-2023 r.** w wersji elektronicznej, zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym, na adres e-mail: monika.stepien@sanepid.gov.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy, na wskazany wyżej adres.

4. Informacje dodatkowe:

Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.