



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.1.2025

Piotrków Tryb. dnia 15 stycznia 2025 r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
97-300 Piotrków Trybunalski
Aleja 3 Maja 8

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego III

Uczestnicy postępowania

-wszyscy-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), którego przedmiotem jest zakup i dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, lamp katodowych, szkła laboratoryjnego, materiałów referencyjnych dla mikrobiologii żywności, materiałów referencyjnych FAPAS, materiałów referencyjnych dla mikrobiologii wody i żywności, materiałów referencyjnych-serwatka i mięso przetworzone do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z otrzymanymi zapytaniem, Zamawiający udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zgodnie z poniższym:

Pakiet A- wzorce i materiały odniesienia

Pytanie 1

Pozycja 2. Wzorzec barwy Supelco/Merck nie jest konfekcjonowany w opakowaniu 1000ml. Czy Zamawiający zaakceptuje 2 butelki po 500ml

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę 2 opakowań o obj. 500 ml, ale produkty muszą posiadać taką samą serię.

Pytanie 2

Pozycja 48. Niestety jedyny dostawca oferujący ten materiał z akredytacją ISO 17034 i ISO 17025 nie jest w stanie zagwarantować, że materiał będzie miał czystość powyżej 99% oraz, że zawartość azotu będzie wynosiła 8,47%. Niemniej dostawca gwarantuje dostarczenie materiału

o najwyższej możliwej czystości. Czy Zamawiający zaakceptuje taki materiał? Jeśli nie, prosimy o wykreślenie tej pozycji z pakietu ze względu na niemożność złożenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca bez określonej zawartości azotu, ponieważ wynika ona ze stosunku masowego tego pierwiastka do masy cząsteczkowej całego związku. Wystarczy zapis formuły cząsteczkowej tego związku na certyfikacie.

Zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu 16.01.2025 o godzinie: 10:00.

Elżbieta Dobrzyńska
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
/dokument podpisany elektronicznie/