

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W POZNANIU**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00  
- Dyrektor WSSE w Poznaniu 61 852-99-18  
- e-mail WSSE w Poznaniu [sekretariat@wssepoznan.pl](mailto:sekretariat@wssepoznan.pl)  
- Sekcja ds. Zamówień Publicznych 61 8544-89-00  
- e-mail: [zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl](mailto:zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl)

ul. Noskowskiego 23  
61-705 Poznań  
NIP 778 11 71 963  
REGON 000294065  
BDO 000207899  
[www.wsse-poznan.pl](http://www.wsse-poznan.pl)

EA-ZP.272.7.2021

Poznań, dnia 17.05.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu na dostawę  
sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-  
Epidemiologicznej w Poznaniu**

W odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów informujemy, co następuje:

**Pytania dot. część 1:**

1. Czy Zamawiający wymaga dodatkowego rejestratora temperatury z sondą temperaturową wywzorcowaną zgodnie z wymaganiami tj. w temperaturze - 70°C, w laboratorium akredytowanym? Sonda temperaturowa będąca na wyposażeniu zamrażarki, którą chcemy zaoferować jest bowiem wbudowana w urządzenie i nie ma możliwości wywzorcowania jej w laboratorium akredytowanym. Czy Zamawiający dopuści w związku z powyższą informacją dodatkowy rejestrator temperatury z sondą w zakresie - 70 °C, wywzorcowaną w laboratorium akredytowanym? Zamrażarka którą chcemy zaproponować posiada także otwór inspekcyjny do wprowadzenia sondy temperaturowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dodatkowy rejestrator temperatury z sondą w zakresie - 70 °C, wywzorcowaną w laboratorium akredytowanym. Zamawiający dopuszcza zamrażarkę wyposażoną w otwór inspekcyjny do wprowadzenia sondy temperaturowej.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę posiadającą obudowę zewnętrzną wykonaną ze stali powlekaną, ocynkowaną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę posiadającą obudowę zewnętrzną wykonaną ze stali powlekaną, ocynkowaną.

**Pytania dot. część 4:**

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną posiadającą regulację temperatury co 1 °C ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ dotyczące regulacji temperatury.

4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną posiadającą wewnątrz z tworzywa ABS lub innego tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ dotyczące materiału wnętrza komory.

SW

*niepodlega* | POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

4

5. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną posiadającą wyświetlacz LED?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę laboratoryjną posiadającą wyświetlacz LED.

6. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną bez portu USB, lub zamiast wymaganego portu USB – port RS232?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ dotyczące portu do przesyłania danych.

7. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną o stabilności temperatury wynoszącej +/- 1,1 °C ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ dotyczące stabilności temperatury.

8. Czy Zamawiający jest w stanie doprecyzować ilość wymaganych punktów do wzorcowania w komorze urządzenia, oraz ich przestrzenne rozłożenie?

**Odpowiedź:**

Wzorcowanie dla min 4 narożnych punktów dla każdej szuflady oraz dodatkowo dla jednego punktu na środku szuflady.

9. Czy Zamawiający dopuści jako dodatkowy czujnik temperatury – oddzielny rejestrator temperatury wraz z wywzorcowaną sondą temperaturową w zakresie zawierającym wymaganą temperaturę – 15 °C ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza jako dodatkowy czujnik temperatury – oddzielny rejestrator temperatury wraz z wywzorcowaną sondą temperaturową w zakresie zawierającym wymaganą temperaturę – 15 °C.

10. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną posiadającą zakres temperatury pracy wynoszący do -5 °C do -25°C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę laboratoryjną posiadającą zakres temperatury pracy wynoszący od -5 °C do -25°C.

11. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną o stabilności temperatury w temperaturze -20°C wynoszącą +/- 5 °C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ dotyczące stabilności temperatury w temperaturze -20°C.

12. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną wyposażoną w 3 szuflady z tworzywa sztucznego, zamiast 2 półek ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ dotyczące materiału wnętrza komory w tym szuflad.

13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie dla którego wymagany przez Zamawiającego rejestr zdarzeń rozumiany jest jako: możliwość podglądu na wyświetlaczu urządzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia, wyświetlanie wartości min, max, średniej globalnej lub z trwającego programu, wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem, timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 0-31dni z dokładnością do 1 min oraz wyposażenie w oprogramowanie umożliwiające rejestrację oraz wizualizację pomiarów, tworzenie raportów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie, dla którego rejestr zdarzeń rozumiany jest jako: możliwość podglądu na wyświetlaczu urządzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia, wyświetlanie wartości min, max, średniej globalnej lub z trwającego programu, wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem, timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 0-31 dni z dokładnością do 1 min oraz wyposażenie w oprogramowanie umożliwiające rejestrację oraz wizualizację pomiarów, tworzenie raportów.

**Pytania dot. wzoru umowy:**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 1.000,00 do 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:**

Nie.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu z 3 do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii?

**Odpowiedź:**

Tak.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYCH

*mgr Jacek Szopka*

