

KONSULTANT KRAJOWY

w dziedzinie chorób zakaźnych
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

tel.: (+48 22) 33 55 225

fax: (+48 22) 33 55 226

e-mail: ahorban@zakazny.pl

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych

z dnia 9.04.2020 r.

w sprawie warunków , jakie powinien spełniać produkt oznaczony jako maski
medyczne

Maska medyczna - produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi, który:

- powinien spełniać wymagania normy EN 14683
 - 1) skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR,
 - 2) oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek typu II lub IIR,
 - 3) biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej),
 - lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania
- być wykonany z trójwarstwowej włókniny,
- być wiązany z tyłu na troki lub posiadanie gumki umożliwiającą założenie maseczki o uszy,
- w części środkowej posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,
- w jednej krawędzi posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania,
- rozmiar wyrobu „na płasko” ma wynosić co najmniej 17,5 cm x 9 cm,

Oznakowanie opakowania zbiorczego powinno zawierać informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2.

KONSULTANT KRAJOWY
w dziedzinie chorób zakaźnych


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban