

**ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH**

*ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa*

**Nr postępowania: ZER-ZP-19/2016**

**WYJAŚNIENIE**

*dot. dostawy mebli medycznych (19 szt. kozetek lekarskich i 15 szt. parawanów) wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji.*

W związku z pytaniami zgłoszonymi przez Uczestnika postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

„Parawany medyczne (punkt 2):

- wykonane z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może i lepsze od lakieru proszkowego),
- o szerokości podstawy 60 cm

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parawan z rur stalowych chromowanych, natomiast Zamawiający nie dopuszcza szerokości podstawy 60 cm.**

**Pytanie 2:**

„Parawan medyczny przyścienny (punkt 3):

- o długości ramienia 80-200 cm,
- z zielonym ekranem o wymiarach 180 x 200cm

Jednocześnie prosimy podać rodzaju ściany do której będzie montowany parawan (czy ściana z płyty kartonowo - gipsowej, czy wykonana metodą tradycyjną).

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość ramienia 80 x 200 cm oraz ekran o wymiarach: 180 x 200 cm. Ściana, do której będzie montowany parawan wykonana jest z płyty kartonowo - gipsowej.**

**Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.**

**DYREKTOR**  
Zakładu Emerytalno-Rentowego  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
21 LIS. 2016  
*(data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)*